

کدامیک از جریان های ذیل در تجهیزات پزشکی، جریان نشتنی محسوب نمی شود؟

سوال 1

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. جریانی که از ترمیمال زمین دستگاه وارد زمین می شود.
- b. جریانی که از محفظه دستگاه وارد زمین می شود.
- c. جریانی که از قسمت های کاربردی بیمار از طریق بیمار وارد زمین می شود.
- d. جریانی که بین قسمت های کاربردی بیمار از طریق بدن بیمار جریان می یابد.

[Clear my choice](#)

کدامیک از عبارات ذیل نادرست است.

سوال 2

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کلیه پیش فاکتورهای صادر شده جهت توزیع کنندگان باید علاوه بر قیمت فروش به توزیع کننده، دارای قیمت مصرف کننده نیز باشند.
- b. ذکر شماره پیش فاکتور در تمام صفحات پیش فاکتور الزامی نمی باشد.
- c. ذکر مهلت اعتیار پیش فاکتور در تمام صفحات پیش فاکتور الزامی است.
- d. ذکر نام کامل خریدار به همراه آدرس و تلفن وی در پیش فاکتور الزامی است.

[Clear my choice](#)

کدامیک از دستکش های ذیل ساخته شده از مواد طبیعی است؟

سوال 3

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. دستکش وینیل
- b. دستکش نیتریل
- c. دستکش لاتکس
- d. هیچ کدام

[Clear my choice](#)

در چیدمان کالاهای پزشکی در انبار Controlled Zone به چه معناست؟

سوال 4

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کالاهایی که باید در جای خنک نگهداری شوند، در مکان کنترل شده دمایی قرار گیرند.
- b. کالاهایی که دارای ارزش بالایی هستند، در مکان های خاص قرار گیرند.
- c. کالاهایی که دارای شرایط ایمنی بالایی هستند، در مکان های ایمن قرار گیرند.
- d. دستورالعمل سازنده در خصوص انبارش رعایت گردد.

[Clear my choice](#)

hadeth ناگوار عبارت است از

سوال 5

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. hadeth ای که منجر به مرگ گردد.
- b. hadeth ای که منجر به خسارت جانی یا مالی گردد.
- c. hadeth ای که منجر به آسیب جدی گردد.
- d. hadeth ای که منجر به مرگ یا آسیب جدی گردد.

Clear my choice

سؤال 6

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

کدام یک از گزینه های زیر جزو ضوابط فاکتور نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. در سربرگ فروشنده باشد

b. فاکتور با مهر و امضا خریدار باشد

c. کالا کد imd داشته باشد

d. مشخصات کالا در فاکور قید گردد

Clear my choice

سؤال 7

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

ایجاد انبار مجزا جهت توزیع کدامیک از تجهیزات پزشکی الزامی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. کالاهای دندانپزشکی سطح 2 (کلاس خطر A و B)

b. کالاهای آزمایشگاهی تشخیص طبی

c. کالاهای قلبی عروقی

d. موارد الف و ب

Clear my choice

سؤال 8

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

کدامیک از موارد ذیل نادرست می باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. مدیر فنی نمی تواند مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره باشد.

b. به ازای هر پنج دستگاه در دامنه فعالیت دارنده مجوز حداقل یک نفر پرسنل فنی ضروری است.

c. مدت اعتبار موافقت اولیه سه ماه می باشد.

d. پرسنل فنی باید توسط دارنده مجوز بیمه شده باشند.

Clear my choice

سؤال 9

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

کدامیک از گزینه های زیر جزو سازمانهای منتشرکننده استاندارد نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. FDA

b. ISO

c. IEC

d. ITU

Clear my choice

سؤال 10

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

اروفارنژیال در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. اورولوژی

b. تنفسی

c. بیهوشی

d. زنان و زایمان

Clear my choice

سوال 11

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:
 a. مجاز است.

b. به منزله قاچاق است.

c. غیرجاز است لیکن به منزله قاچاق نمی باشد.

d. موارد همه موارد

[Clear my choice](#)

سوال 12

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. نخ مصنوعی قابل جذب تک رشته ای

b. نخ مصنوعی قابل جذب چند رشته ای

c. نخ سیلک

d. نخ گوت کرومیک

[Clear my choice](#)

سوال 13

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

فراخوان وسیله پزشکی به معنای می باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. اطلاع رسانی و جمع آوری وسیله

b. جمع آوری وسیله و یا اقدام اصلاحی

c. اطلاع رسانی و پایش وسیله

d. جمع آوری وسیله و توزیع وسیله فاقد نقصان

[Clear my choice](#)

سوال 14

هنوز پاسخ داده

نشده است

نمره از 1.00

نظرارت سازمان غذا و دارو آمریکا در مرحله " قبل از فروشن " شامل کدامیک از مراحل زیر نمی باشد ؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. تبلیغات

b. تولید وسیله

c. طراحی و توسعه

d. بسته بندی و برچسب گذاری

سوال 15

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

تاییدیه وسایل پزشکی در " اتحادیه اروپا " چه نام دارد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. PMN

b. CE

c. PMA

d. MDD

[Clear my choice](#)

سوال 16

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

در هنگام چک نمودن کالای تحویلی انبار، کدام مورد جزء شاخص های خرابی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. شکستگی، زنگ زدگی b. عملکرد نادرست کالا c. تغییر رنگ در بدنه دستگاه ها یا قطعات d. ترك خوردن یا پارگی، بوی غیر معمول [Clear my choice](#)**سوال 17**

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

طبقه بندی تجهیزات پوشکی از نظر حفاظت در برابر برق گرفتگی چگونه است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. طبقه I، طبقه II و طبقه III b. SELV، c. طبقه I، طبقه II، دارای منبع تغذیه داخلی d. طبقه I، طبقه II، دارای قسمت های ولتاژ پایین [Clear my choice](#)**سوال 18**

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

تعداد نیروی فنی جهت ارائه خدمات پس از فروش براساس تعیین می گردد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. تعداد دستگاه های تحت پوشش b. تکنولوژی به کار رفته در دستگاه ها c. میزان نیاز به سرویس و تعمیرات دستگاه ها d. همه موارد [Clear my choice](#)**سوال 19**

هنوز پاسخ داده

نشده است

نمره از 1.00

استانداردها مجموعه معتبری هستند که حاوی ویژگیهای فنی و یا دیگر شرایط دقیق می باشند

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. علائم b. قواعد c. تعاریف d. توافقات **سوال 20**

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

کاترهاي مانومتریک در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گيرد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. اوروپلری b. تنفسی c. بیهوشی d. زنان و زایمان [Clear my choice](#)

حداکثر زمان مراجعته جهت ارائه خدمات پس از فروش در استان است.

سؤال 21

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. 24 ساعت

b. 48 ساعت

c. 72 ساعت

d. یک هفته

[Clear my choice](#)

کدامیک از موارد ذیل از جمله اقدامات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. ارزیابی عملکرد

b. ارزیابی ایمنی

c. اعلام نتایج ارزیابی

d. تعمیر یا رفع ایرادات

سؤال 22

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

[Clear my choice](#)

کدامیک از موارد ذیل از جمله ایمپلنت های استخوانی جذبی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. پیچ

b. مش

c. پین

d. همه موارد

سؤال 23

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

[Clear my choice](#)

اشخاص حقوقی که تولیدکننده یا نماینده قانونی تولیدکننده نمی باشند

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. در صورت تسلط بر تعمیرات تجهیزات پزشکی مجاز به ارائه خدمات پس از فروش می باشند.

b. در صورت اخذ مجوز مجاز به ارائه خدمات پس از فروش می باشند.

c. مجاز به ارائه خدمات پس از فروش نمی باشند.

d. مجاز به ارائه خدمات پس از فروش جهت دستگاه های با عمر بالای ده سال می باشند.

سؤال 24

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

[Clear my choice](#)

معرفی مسئول فنی برای چه اشخاصی الزامی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. عرضه کنندگان

b. توزیع کنندگان

c. توزیع کنندگان کالاهای سطح 1

d. توزیع کنندگان کالاهای سطح 2

سؤال 25

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

[Clear my choice](#)

در فضای انبار اگر پالت استفاده شود چه نکای بایر رعایت گردد؟

سؤال 26

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. حداقل 20 سانتی متر از کف فاصله داشته باشد
- b. حداقل 30 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد
- c. حداقل 40 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد
- d. حداقل 15 سانتی متر از کف فاصله داشته باشد

[Clear my choice](#)

کدام گزینه از اهداف تعقیب خط سیر..... نمی باشد :

سؤال 27

هنوز پاسخ داده

نشده است

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. امکان حذف سریع خطرات بالقوه
- b. خارج کردن دستگاههای معیوب از خط فروش
- c. جمع آوری اخطارهای ایمنی
- d. مطلع ساختن بیماران از مشکلات ویژه دستگاهها

سؤال 28

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

هدف از کدگذاری کالا چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تشخیص سریال کالا
- b. تشخیص و تفکیک اقلام مختلف از یکدیگر و ایجاد سیستمی اسان در نگهداری اطلاعات
- c. تشخیص تاریخ تولید و انقضا
- d. هیچ کدام

[Clear my choice](#)

ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی بر عهده است.

سؤال 29

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. فروشنده تجهیزات پزشکی
- b. شرکت توزیع کننده تجهیزات پزشکی
- c. نمایندگان قانونی سازنده تجهیزات پزشکی
- d. هیچ‌کدام

[Clear my choice](#)

کدام پک از گزینه های زیر جز ضوابط پیش فاکتور الزامی است؟

سؤال 30

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. قیمت مصرف کننده در پیش فاکتور قید گردد
- b. شماره صفحه در پیش فاکتور الزامی است
- c. اسم خریدار در پیش فاکتور قید گردد
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

کاترها نفوستومی در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

سؤال 31

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. اورولوژی

b. تنفسی

c. بیهوشی

d. زنان و زایمان

[Clear my choice](#)

براساس آین نامه تجهیزات پزشکی، مؤسسه پزشکی عبارت است از

سؤال 32

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. کلیه مرکز درمانی و واحدهای پزشکی، درمانی و دارویی

b. کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی

c. کلیه آزمایشگاه ها و مرکز تشخیص طبی

d. همه موارد

[Clear my choice](#)

کدام جمله صحیح نمی باشد؟

سؤال 33

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. برچسب گذاری مناسب به منظور شناسایی صحیح واستفاده صحیح از وسایل پزشکی می باشد.

b. در برچسب گذاری مناسب ارائه هشدارهای آگاه کننده و راهنمایی های شفاف ضروری می باشد.

c. در برچسب گذاری مناسب انطباق کالا با استانداردهای مربوطه برای کاربر نهایی نمایش داده می شود.

d. در برچسب گذاری مناسب ارائه اطلاعات جهت شناسایی و استفاده ایمن و سیلیه صورت می گیرد.

[Clear my choice](#)

چه نکاتی در انبارها باید رعایت گردد؟

سؤال 34

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. کف انبار باید شبیه ملايم داشته باشد

b. درب انبارها باید از جنس فلز باشد

c. انبارها باید مجهز به وسایل و ابزار آتش نشانی باشد

d. همه موارد

[Clear my choice](#)

ساعتمزد ساعات بین راهی جهت ارائه خدمات پس از فروش

سؤال 35

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. معادل با ساعتمزد ساعات مفید است.

b. معادل با 50% ساعتمزد ساعات مفید است.

c. معادل با 70% ساعتمزد ساعات مفید است.

d. برای تمامی دستگاه ها یکسان است.

[Clear my choice](#)

کدامیک از موارد ذیل جزء کالاهای مصرفی توزیعی سطح 1 نمی باشد؟

سوال 36

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کالاهای مصرفی ارولوژی
- b. کالاهای مصرفی بیهوشی- تنفسی
- c. کالاهای جراحی عمومی
- d. کالاهای آزمایشگاهی تشخیص طبی

[Clear my choice](#)

کدامیک از استانداردهای ذیل مربوط به "برچسب گذاری وسائل پزشکی" می باشد؟

سوال 37

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ISO 14179
- b. ISO 15223
- c. ISO 17025
- d. ISO 13485

[Clear my choice](#)

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، کدامیک از موارد ذیل از جمله اهداف تجهیزات پزشکی نمی باشد؟

سوال 38

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ایجاد فرآیند سترون کردن محیط
- b. به تعویق انداختن آسیب یا معلولیت
- c. اصلاح فراایندهای فیزیولوژیک
- d. طراحی مواد بر پایه روش های ایمنی شناسی

[Clear my choice](#)

کدامیک از موارد ذیل نادرست است.

سوال 39

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی فاقد مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی به منزله قاچاق است.
- b. تبلیغات تجهیزات پزشکی فاقد مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی ممنوع است.
- c. داروخانه ها صرفاً مجاز به تهیه تجهیزات پزشکی از توزیع کنندگان می باشند.
- d. صاحبان حرف پزشکی منحصرآ مجاز به تهیه تجهیزات پزشکی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند.

[Clear my choice](#)

تولید وسیله در آمریکا مطابق اصول و "شرایط تولید خوب" مربوط به کدام کنترل قانونی می باشد؟

سوال 40

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کنترل های عمومی
- b. کنترل های ویژه
- c. کنترل های عمومی و ویژه
- d. کنترل

[Clear my choice](#)

..... عبارت از فروش مستقیم تجهیزات پزشکی به صاحبان حرف پزشکی است.

سوال 41

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. عرضه
- b. توزیع
- c. خرده فروشی
- d. توزیع و عرضه

[Clear my choice](#)

..... شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می گردد.

سوال 42

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. شناسه رهگیری
- b. شناسه ردیابی
- c. شناسه کالا
- d. شناسه اصالت

[Clear my choice](#)

کدامیک شامل مصرفی گوارش نمی باشد؟

سوال 43

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کیسه کلستومی
- b. نازوگاستریک کنتر
- c. استایلت تراشه
- d. رکتال تیوب

[Clear my choice](#)

در ارتباط با مصرفی های اورولوژی و نفرولوژی همه موارد صحیح است بجز؟

سوال 44

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. استنت حالب
- b. سوند فولی
- c. کنتر هماچوری
- d. اروفارنزیال

[Clear my choice](#)

کدامیک از موارد ذیل در حوزه چشم پزشکی کاربرد ندارد؟

سوال 45

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. اسپونژ

b. اینجکتور

c. پین شانز

d. رینگ

[Clear my choice](#)

عوامل موثر در تعیین حداکثر زمان فواصل کنترل کیفی وسائل پزشکی چیست؟

سوال 46

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. پیشنهاد و توصیه کمپانی سازنده

b. مدت زمان، تعداد و چگونگی استفاده از وسیله پزشکی

c. سوابق کالیبراسیون و تعمیرات وسیله

d. همه موارد

[Clear my choice](#)

درج کدامیک از مشخصات کالا در فاکتور فروش الزامی نمی باشد؟

سوال 47

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. یکبار مصرف بودن

b. استریل بودن

c. کد کاتالوگ

d. تاریخ ساخت

[Clear my choice](#)

شرح ابزارهای اختصاصی تجهیزات پزشکی توسط سازنده در الزامی است.

سوال 48

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. راهنمای سرویس

b. راهنمای کاربری

c. چک لیست

d. گزینه های الف و ب

[Clear my choice](#)

با توجه به ضوابط اتحادیه اروپا در حوزه وسائل پزشکی، دایرکتیو مربوط به وسائل پزشکی کاشتنی فعال (AIMD)، کدام گزینه می باشد؟

سوال 49

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. 93/42/EEC

b. 98/79/EEC

c. 90/385/EEC

d. هیچکدام

[Clear my choice](#)

کدامیک از موارد ذیل در مدیریت درمان زخم مورد استفاده قرار نمی گیرد؟

سؤال 50

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. اسپانج هموستاتیک

b. چسب زینک اکساید

c. فوم ها

d. دستکش نیتریل

[Clear my choice](#)

مقدار مجاز جریان نشتی بیمار برای کدامیک از انواع قسمت های کاربردی کمتر است؟

سؤال 51

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. CF

b. BF

c. B

d. F

[Clear my choice](#)

کدامیک از موسسات زیر می باشد در سایت "سازمان غذا و داروی آمریکا" "رجیستر شوند؟

سؤال 52

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. تولیدکننده و واردکنندگان و توزیع کنندگان

b. صادرکنندگان

c. Repakagers&Relablers

d. همه موارد

[Clear my choice](#)

کدام گزینه نادرست می باشد؟

سؤال 53

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. آبیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.

b. آبیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.

c. آبیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.

d. آبیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.

[Clear my choice](#)

کدامیک از موارد ذیل از جمله اقدامات اصلاحی نمی باشد.

سؤال 54

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. جمع آوری تجهیزات پزشکی دارای اشکال

b. تحت نظر قرار دادن بیمار

c. تنظیم وسیله

d. برچسب گذاری مجدد تجهیزات پزشکی دارای اشکال

[Clear my choice](#)

سؤال 55

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. سه کلاس- کلاس یک برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- b. سه کلاس- کلاس سه برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- c. چهار کلاس- کلاس یک برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- d. چهار کلاس- کلاس سه برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است

[Clear my choice](#)

سؤال 56

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

کدامیک در زیر شاخه مدیریت درمان زخم قرار ندارد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. پانسمانها
- b. چسبها
- c. هموستانیک
- d. تیشاوکسپندرها

[Clear my choice](#)

سؤال 57

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

دستگاه پزشکی که دارای قسمت کاربردی در تماس با بدن بیمار می باشد و جریان الکتریکی به بدن بیمار اعمال می کند، دارای قسمت کاربردی با طبقه حداقل باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. B
- b. CF
- c. BF
- d. الف یا ج

[Clear my choice](#)

سؤال 58

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

دستگاه پزشکی با طبقه بندی IPX1

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. فاقد حفاظت در برابر ذرات و دارای حفاظت در برابر نفوذ آب
- b. فاقد حفاظت در برابر ذرات و فاقد حفاظت در برابر نفوذ آب
- c. دارای حفاظت در برابر ذرات و دارای حفاظت در برابر نفوذ آب
- d. دارای حفاظت در برابر ذرات و فاقد حفاظت در برابر نفوذ آب

[Clear my choice](#)

سؤال 59

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

کدام دسته بندی جهت نخ های بخیه صحیح می باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. نخ های طبیعی با مصنوعی، نخ های قابل جذب یا غیر قابل جذب
- b. نخ های طبیعی یا مصنوعی، قابل جذب یا غیر قابل جذب، تک رشته ای یا چند رشته ای
- c. نخ های طبیعی یا مصنوعی، تک رشته ای یا چند رشته ای
- d. نخ های قابل جذب یا غیر قابل جذب، تک رشته ای یا چند رشته ای

[Clear my choice](#)

سؤال 60

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

یک نشانه مكتوب و يا هر علامت گرافيكى است که بهمراه و سيله ويا پوشش خارجي آن در بروشور، راهنمای، و..... موجود باشد

یک گزينه را انتخاب کنيد:

a. برچسب گذاري

b. برچسب

c. حيطه کاربردوسيله پزشكى

d. نام تجاري وسيله پزشكى

[Clear my choice](#)