



استاندارد ملی ایران

۱۹۳۸۹

چاپ اول

۱۳۹۳



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

19389

1st.Edition

2015

اپتیک و دستگاه‌های اپتیکی -
میکروسکوپ‌ها - نشانه‌گذاری
میکروسکوپ‌های سه‌بعدی

Optics and optical instruments -
Microscopes - Marking of
stereomicroscopes

ICS:37.020

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادهٔ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهٔ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیتهٔ ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازهٔ شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/ یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینهٔ مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یک‌ها، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«اپتیک و دستگاه‌های اپتیکی - میکروسکوپ‌ها - نشانه‌گذاری میکروسکوپ‌های سه‌بعدی»

سمت و / یا نمایندگی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

رئیس:

سعادت، شروین

(دکتری فیزیک)

دبیر:

عضو انجمن اپتیک و فotonیک

پولادزاده، آذر دخت

(لیسانس فیزیک)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس اپتیک مرکز ملی لیزر ایران

احمدی، سمیرا

(فوق لیسانس فیزیک)

مدیر کالا پزشکی آسیا

ذاکر مبارکی، میلاد

(لیسانس فیزیک)

مسئول فنی آزمایشگاه اپتیک جهاد دانشگاهی

کلهر، بهروز

صنعتی شریف

(لیسانس ریاضی کاربردی)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

سعادت، شروین

(دکتری فیزیک)

کارشناس تعمیرات پتروشیمی فن آوران

جلالی، شیرزاد

(لیسانس مکانیک)

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

طهماسبی، مرضیه

اهواز

(فوق لیسانس مهندسی پزشکی)

کارشناس تدوین اداره کل استاندارد خوزستان

مهرمولاوی، فاطمه

(فوق لیسانس شیمی آلی)

کارشناس آزمایشگاه فیزیک دانشگاه شهید چمران

نیاکان، مهناز

اهواز

(لیسانس مهندسی برق)

عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

میرزائی کجانی، مریم

(دکتری فیزیک)

پیش گفتار

استاندارد "اپتیک و دستگاههای اپتیکی- میکروسکوپ‌ها- نشانه‌گذاری میکروسکوپ‌های سه بعدی" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت زرگستر روبینا تهیه و تدوین شده و در چهارصد و نود و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 11883:1997, Optics and optical instruments- Microscopes- Marking of stereomicroscopes

اپتیک و دستگاه‌های اپتیکی - میکروسکوپ‌ها - نشانه‌گذاری میکروسکوپ‌های سه‌بعدی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین نحوه نشانه‌گذاری داده‌های مربوط به مشخصات اپتیکی بر روی میکروسکوپ‌های سه بعدی^۱ شامل میکروسکوپ‌های جراحی است، همچنین این استاندارد توصیه‌هایی برای نشانه‌گذاری اطلاعات اضافی را ارائه می‌دهد.
این استاندارد برای انواع میکروسکوپ‌های سه بعدی کاربرد دارد.

۲ نشانه‌گذاری بر روی بدن اصلی میکروسکوپ

جدول ۱- نشانه‌گذاری بر روی بدن اصلی میکروسکوپ

دسته‌بندی نشانه‌گذاری	نوع یا محتوای نشانه‌گذاری	ملاحظات
اجباری	نام سازنده	
توصیه شده	کشور سازنده	نشانه‌گذاری کشور مبدا در چندین کشور اجباری است
توصیه شده	مدل یا مدل نوعی	
توصیه شده	سریال یا شماره ساخت	

۳ نشانه‌گذاری بر روی شیئی‌های قابل تعویض یا قابل تغییر
نشانه‌گذاری بر روی شیئی‌های ثابت با ضریب بزرگنمایی $10\times$ اجباری نیست، گرچه نشانه‌گذاری بر روی شیئی‌های کمکی^۲ اجباری است.

1- Stereomicroscopes
2- Supplementary

جدول ۲- نشانه‌گذاری بر روی شیئی‌های قابل تعویض یا قابل تغییر

ملاحظات	مثال	نوع یا محتوای نشانه‌گذاری	خواص اپتیکی	دسته‌بندی نشانه‌گذاری
در میکروسکوپ‌های جراحی اگر فاصله کانونی یا فاصله کاری نشانه‌گذاری شده باشد و دستورالعمل استفاده دارای جدولی باشد که بزرگنمایی کل را بدده، نشانه‌گذاری بزرگنمایی اجباری نیست.	$0.5\times$	ضریب بزرگنمایی ^a	بزرگنمایی	اجباری
نشانه‌گذاری بزرگنمایی و فاصله کانونی، هر دو با هم، اجباری نیست.	$f=200\text{ mm}$	فاصله کانونی شیئی mm بر حسب	فاصله کانونی	اجباری
در میکروسکوپ‌های جراحی، نشانه‌گذاری فاصله کاری کافی است.	$WD=185\text{ mm}$	فاصله کاری آزاد mm بر حسب (WD)	فاصله کاری (WD)	توصیه شده

^a ضریب بزرگنمایی شیئی کمکی، بزرگنمایی کل میکروسکوپ‌های سه بعدی را تغییر می‌دهد.
ضریب بزرگنمایی شیئی قابل تعویض یا قابل تغییر، برابر نسبت بزرگنمایی میکروسکوپ سه بعدی با شیئی قابل تعویض یا قابل تغییر به بزرگنمایی میکروسکوپ سه بعدی با شیئی استاندارد می‌باشد (ضریب بزرگنمایی $\times 10$).

۴ نشانه‌گذاری بر روی تغییردهنده بزرگنمایی

جدول ۳- نشانه‌گذاری بر روی تغییردهنده بزرگنمایی

ملاحظات	مثال نشانه‌گذاری	نوع یا محتوای نشانه‌گذاری	خواص اپتیکی	دسته‌بندی نشانه‌گذاری
بر روی تغییردهنده پله‌ای، بزرگنمایی کل تمام مراحل باید مشخص شده باشد. در شیئی و چشمی ثابت، تغییردهنده بزرگنمایی می‌تواند با بزرگنمایی کل نشانه‌گذاری شود.	$0.63\times - 4\times$	حداقل و حداکثر ضرایب بزرگنمایی یا مقیاس بزرگنمایی	بزرگنمایی	اجباری

۵ نشانه‌گذاری لوله دوچشمی

جدول ۴- نشانه‌گذاری لوله دوچشمی

ملاحظات	مثال نشانه‌گذاری	نوع یا محتوای نشانه‌گذاری	خواص اپتیکی	دسته‌بندی نشانه‌گذاری
تنها در صورتی که ضریب بزرگنمایی $\times 10$ نباشد، نشانه‌گذاری اجباری است.	$1.25\times$	ضریب بزرگنمایی	بزرگنمایی	اجباری
در میکروسکوپ‌های جراحی اگر دستورالعمل استفاده شامل جدولی باشد که بزرگنمایی را بدده، نشانه‌گذاری فاصله کانونی کافی است.	$f=200\text{ mm}$	فاصله کانونی لنز لوله mm بر حسب	فاصله کانونی	توصیه شده

۶ نشانه‌گذاری بر روی ضمائم قرار گرفته در مسیر اپتیکی

جدول ۵- نشانه‌گذاری بر روی ضمائم قرار گرفته در مسیر اپتیکی

دسته‌بندی نشانه‌گذاری	خواص اپتیکی	نوع یا محتوای نشانه‌گذاری	مثال	ملاحظات
اجباری	بزرگنمایی	نشانه‌گذاری	۱/۲۵×	ضریب بزرگنمایی ^a ضریب بزرگنمایی که ضریب بزرگنمایی $10 \times$ نباشد، نشانه‌گذاری اجباری است.
^a ضریب بزرگنمایی ضمائم، ضریبی است که بزرگنمایی کل میکروسکوپ‌های سه‌بعدی را تغییر می‌دهد.				

۷ نشانه‌گذاری بر روی چشمی‌ها

جدول ۶- نشانه‌گذاری بر روی چشمی‌ها

دسته‌بندی نشانه‌گذاری	خواص اپتیکی	نوع یا محتوای نشانه‌گذاری	مثال	ملاحظات
اجباری	بزرگنمایی	بزرگنمایی دیداری	۱۰×	اگر تغییردهنده بزرگنمایی با بزرگنمایی کل نشانه‌گذاری شده باشد، بزرگنمایی چشمی نباید نشان داده شود.
اجباری	میدان دید	قطر، بر حسب mm	/۱۸	عدد بزرگنمایی دیداری و میدان دید باید با خط مورب (/) جدا شود، برای مثال $10 \times / 18$
اجباری	سازنده	نام یا نشان		
توصیه شده	نوع تصحیح میدان	میدان تخت	PL	
توصیه شده	مناسب جهت افراد عینکی	نماد	$10 \times / 18$	نشانه‌گذاری همراه با بزرگنمایی و عدد میدان دید، برای مثال $10 \times / 18$

۸ بزرگنمایی کل

مقدار بزرگنمایی کل یک میکروسکوپ سه‌بعدی، از حاصل ضرب بزرگنمایی‌های شیئی و چشمی و همین‌طور ضرایب بزرگنمایی تغییردهنده بزرگنمایی، لوله‌های دوچشمی و هر ضمائمی^۱ در مسیر اپتیکی به دست می‌آید.