



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

INSO-IEC

60601-2-17

1st. Edition

Identical with
IEC 60601-2-17:2004
Aug.2013

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ایران-آی ای سی

۶۰۶۰۱-۲-۱۷

چاپ اول

مرداد ۱۳۹۲

تجهیزات پزشکی الکتریکی - قسمت ۲-۱۷:
الزامات ویژه برای ایمنی تجهیزات
کنترل خودکار نزدیک درمانی در حالت پس از
بارگذاری

**Medical electrical equipment - Part 2-17:
Particular requirements for the safety of
automatically-controlled brachytherapy
afterloading equipment**

ICS: 11.040.60;19.100

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطای و بر عملکرد آن ها ناظرات می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«تجهیزات پزشکی الکتریکی - قسمت ۲-۱۷: الزامات ویژه برای ایمنی تجهیزات کنترل خودکار نزدیک درمانی در حالت پس از بارگذاری»

سمت و / یا نمایندگی

شرکت دادهپردازان آبشار

رئیس:

مجذزاده کوهبنانی، علی

(لیسانس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار)

دبیر:

شرکت صنعتی دریایی ایران

سعیدی، فاطمه

(فوق لیسانس مهندسی برق - کنترل)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت کیان کنترل صبا

تجلى، محمدرضا

(فوق لیسانس برق - کنترل)

شرکت خدمات انفورماتیک

حاج عابدی، سمیه

(لیسانس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار)

بانک سامان

حاج عابدی، زهره

(فوق لیسانس هوش مصنوعی)

شرکت بارقهی کیش

شیروانی، امین

(فوق لیسانس مخابرات)

شرکت پویا

مجذزاده کوهبنانی، رعنا

(لیسانس ریاضی کاربردی)

شرکت دادهپردازان آبشار

مهدوی اردستانی، سیدعلیرضا

(فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات)

شرکت خدمات انفورماتیک

مهرنام، فاطمه

(فوق لیسانس مهندسی برق - کنترل)

شرکت پویندگان راه سعادت

مهرنام، امیرحسین

(فوق لیسانس مهندسی پزشکی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
۵	پیش‌گفتار
۱	۱ دامنه‌ی کاربرد
۲	۲ هدف
۲	۳ مراجع الزامی

پیش گفتار

استاندارد «تجهیزات پزشکی الکتریکی - قسمت ۲-۱۷: الزامات ویژه برای ایمنی تجهیزات کنترل خودکار نزدیک درمانی در حالت پس از بارگذاری» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط، توسط شرکت داده‌پردازان آبشار، برنبنای روش تنفیذ مورد اشاره در راهنمای ISO/IEC Guide 21-1 (پذیرش منطقه‌ای یا ملی استانداردهای «بین‌المللی/منطقه‌ای» و دیگر مدارک استاندارد) به عنوان استاندارد ملی ایران، تهیه شده و در سیصد و سی و هفتادین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۹۰/۱۲/۲۲ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌گردد.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، همواره از آخرین تجدیدنظر آن‌ها استفاده خواهد شد.

این استاندارد ملی بر اساس پذیرش استاندارد «بین‌المللی» به شرح زیر است:

IEC 60601-2-17:2004, Medical electrical equipment - Part 2-17: Particular requirements for the safety of automatically-controlled brachytherapy afterloading equipment

تجهیزات پزشکی الکتریکی - قسمت ۲-۱۷: الزامات ویژه برای ایمنی تجهیزات کنترل خودکار نزدیک درمانی در حالت پس از بارگذاری

۱ دامنه‌ی کاربرد

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد «بین‌المللی» IEC 60601-2-17:2004 تدوین شده است.

بند مشابه از استاندارد کلی کاربرد دارد، به جز موارد زیر:
افزودن:

این استاندارد ملی الزاماتی را برای ایمنی تجهیزات کنترل خودکار نزدیک درمانی بیماران با استفاده از فنون پس از بارگذاری، تعیین می‌کند.

این استاندارد ملی الزاماتی را برای تجهیزات کنترل خودکار پس از بارگذاری تعیین می‌کند که:

- تنها از منابع پوشانده شده‌ی رادیوآکتیو بتا، گاما و نوترون - تابش استفاده می‌کنند؛
- منابع پوشانده شده‌ی رادیوآکتیو را به طور خودکار از محفظه‌ی ذخیره‌سازی به موقعیت درمانی درون اعمال‌گر منبع هدایت می‌کنند و نیز منابع را به محفظه‌ی ذخیره‌سازی بازمی‌گردانند؛
- برای اتصال به بیمار طراحی شده‌اند؛ و
- با استفاده از آن‌ها، حرکت‌های منابع رادیوآکتیو به طور خودکار توسط تجهیزات صورت می‌گیرد. این امر، مطابق برنامه‌ای از پیش‌تعیین شده و با استفاده از روشی الکتریکی که تغییرات آن توسط زمان‌بندهای کنترل کننده و افزارهای زمان‌بندی که یا زیرسامانه‌های الکترونیکی برنامه‌پذیر^۱ (رایانه یا ریزپردازند) هستند و یا سامانه‌های برنامه‌نایاب‌پذیر، کنترل می‌شوند.

این استاندارد ملی الزامات مربوط به تجهیزاتی که جهت کاربرد در شرایط زیر در نظر گرفته شده‌اند را تعیین می‌کند:

- با نظارت افراد گزینش شده؛
- نگهداشت در بارهای زمانی از پیش‌تعیین شده؛
- مورد کنترل‌های دورهای توسط کاربر.

این استاندارد ملی الزامات مربوط به منابع پوشانده شده‌ی رادیوآکتیو مورد استفاده در تجهیزات را مشخص نمی‌کند. الزامات یادشده در سایر استانداردها تعیین شده‌اند (به بند ۶-۸-۳ مراجعه کنید).

الزامات این استاندارد ملی برپایه‌ی فرض‌های زیر استوار است:

- طرح درمانی وجود دارد که مقادیر مناسب پارامترهای درمانی را تجویز می‌کند؛ و
- توان منبع مربوط به منبع رادیوآکتیو مورد استفاده در تجهیزات شناخته شده است.

1- Programmable Electronic Sub-systems (PESS)

این استاندارد ملی در برگیرنده‌ی الزاماتی است که جهت کسب اطمینان از این‌که مقادیر تجویزی پارامترهای درمانی توسط تجهیزات قابل دست‌یابی است، در نظر گرفته شده‌اند؛ به‌ویژه این‌که:

- منبع رادیواکتیو منتخب در اعمال‌گر منبع، با پیکربندی منتخب نسبت‌به اعمال‌گر منبع، قرار گرفته باشد و یا درون آن حرکت کند؛
- پروتوفکنی توسط پیکربندی منبع رادیواکتیو منتخب و برای مدت‌زمان منتخب صورت می‌گیرد؛
- پروتوفکنی، بدون ایجاد مخاطره‌های غیرضروری برای مجری یا سایر افراد حاضر در محوطه‌ی پیرامونی، توسط تجهیزات انجام می‌شود.

۲ هدف

جايگزيني:

هدف از تدوين اين استاندارد ملی، استقرار الزامات ويژه برای ايماني تجهيزات كنترل خودكار نزديک درمانی در حالت پس از بارگذاري و نيز تعبيين آزمون انطباق است. اين استاندارد، الزامات کارکردي کلي ايماني، و نه ابزارهای فناورانه‌ی ويژه جهت پياده‌سازی، را ارائه می‌دهد.

۳ مراجع الزامي

مدارک الزامي زير حاوي مقرراتی است که در متن اين استاندارد ملی ايران به آن‌ها ارجاع داده شده است.
بدین ترتيب آن مقررات جزئی از اين استاندارد ملی ايران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن موردنظر اين استاندارد ملی ايران نیست. در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها موردنظر است.

استفاده از مراجع زير برای اين استاندارد الزامي است:

2-1 IEC 60601-1-1: 2002, Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety - Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems

2-2 IEC 60601-1-2: 2007, Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests

2-3 IEC 60601-1-4: 2000, Medical electrical equipment - Part 1-4: General requirements for safety - Collateral Standard: Programmable electrical medical systems

كليه‌ی بندهای استاندارد «бин‌الملى» IEC 60601-2-17:2004 در مورد اين استاندارد معتبر و الزامي است.